



INDICATIONS

jusqu'à 24 heures de pose

- ECG
- Surveillance cardiaque
- Adulte et pédiatrie

DESCRIPTIF

- **Dimensions de l'électrode** : 37,1 mm x 32,5 mm
- **Support** : mousse polyéthylène – Dim. 79 mm x 178 mm
- **Adhésif** : hydrogel conducteur – HYPOALLERGENIQUE
- **Gel** : adhésif conducteur hydrophile – Diam. 17 mm
- **Type de connexion** : à pression inox
Electrode Ag/AgCl ; KCl
- Fabriquée au Canada

PARTICULARITES

- Faible impédance

CONFORMITE & MARQUAGE

- **Conforme au standard A.A.M.I. EC12**
(A.A.M.I. : Association pour l'amélioration de l'instrumentation médicale)
- **DM : Classe 1** – non stérile sans fonction de mesurage
- **Marquage CE** (Règlement 2017/745)

CONDITIONNEMENT

- Plaquettes de 10 électrodes/Sachet de 5 plaquettes/Boîte de 20 sachets. Soit 1000 électrodes par boîte.
- Minimum de commande : 1 boîte de 1000 électrodes
- Date de péremption et numéro de lot inscrits sur chaque sachet

CONSERVATION

- 2 ans sous sachet fermé à température ambiante dans des conditions normales de conservation.
- Une fois le sachet ouvert, toutes les propriétés des électrodes sont gardées pendant 30 jours.
- Refermer soigneusement l'emballage pour la conservation des électrodes non utilisées.

Med-Surg-157
Aout 2024

Solventum France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy-Pontoise Cedex

SAS au capital de 53 134,28 euros 952 253 862 RCS
Pontoise
APE2829b | N° identification TVA : FR 48 952 253 862

AVERTISSEMENT

L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit.

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.